NOTICE D'ENTRETIEN F-317A

GANTS À HAUTE CONDUCTIVITE & BIO-LIFT

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du panneau.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur "POWER".

PANNEAU AVANT (schème non-contractuel)



1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Type d'onde
4. Display "TIMER"
5. Bouton "START/PAUSE"
6. Sélection du type d'onde
7. Ajustage "ENERGY –"
8. Ajustage "TIMER -"
9. Display de fréquence
10. Sélection de la fonction
11. Sélection du fréquence
12. Ajustage "ENERGY +"
13. Ajustage "TIMER +"

Mode d'emploi gant magique

1. Connectez un côté du câble sur le panneau arrière, dans la prise nommée "BIO WAVE MICROCURRENT ".
2. Connectez les deux autres côtés du fil à chaque gant.



3. L'esthéticienne doit porter des gants isolants sous les gants magiques.
4. Sélectionnez la fonction gant magique en appuyant sur touche "FUNCTION".
5. Assurez-vous que le niveau «ENERGY» est au minimum. Vous pouvez régler le niveau de sortie en appuyant sur "ENERGY +/ -".
6. Assurez-vous que le niveau de "FREQUENCY" niveau est réglé à 0,1 Hz. Vous pouvez régler le niveau de fréquence en appuyant sur "STATE".
7. Sélectionnez l'état d'onde désiré en appuyant sur «SELECT». Il y a 4 types d'ondes.
8. Sélectionnez le temps de fonctionnement en appuyant sur "TIMER / -".
9. Appuyez sur "START / PAUSE" pour commencer le traitement.
10. L'esthéticienne doit masser avec les gants magiques. Réglez le «ENERGY» et «FREQUENCY» niveau selon les sensations du client. À ce stade, l'esthéticienne ne doit sentir aucun effet sur ses mains, mais le client doit sentir un micro courant et un peu de chaleur sur la zone où le traitement est appliqué.

Notes

- Les gants magiques livrés ont une longueur de 20 cm. Les gants isolants doivent avoir une longueur d'au moins 23 cm. S'il y a un contact entre la peau de l'esthéticienne et les gants magiques, le traitement n'aura aucun effet.

- Pendant le traitement, si l'esthéticienne arrête le contact avec la peau du client, l'appareil cesse de fonctionner soudainement. L'appareil redémarre lors du contact entre les gants magiques et la peau.

Cautions

- Les personnes atteintes des maladies suivantes ne devraient pas utiliser ce dispositif: les maladies cardiaques, les transporteurs de maladies infectieuses, la névrose et toutes les personnes avec des implants métalliques dans le corps.

- Les clients qui ont des problèmes de peau ou la peau sensible ne devraient pas utiliser ce dispositif.

- Les femmes enceintes ne devraient pas utiliser ce dispositif.

- Lors du traitement les clients devraient enlever les bijoux.

- Le gant magique doit être remplacé lorsque la connexion se détériore.

- Ne pas mettre 2 paires de gants magiques en contact pendant longtemps.

Mode d’emploi BIO-lift facial

1. Branchez un côté du câble au panneau arrière, dans la prise nommée " BIO WAVE MICROCURRENT ".
2. Branchez les deux autres côtés des fils du câble aux poignées de BIO-lifting. Il ya deux sortes de poignées.
    - Ceux qui ont besoin des cotons-tiges sont utilisées dans la zone des yeux. Il est nécessaire d'inclure deux cotons-tiges dans les trous de la poignée.
    - Ceux avec un seul pôle sont utilisés pour le corps entier.



3. Appliquer suffisamment de gel conducteur pour la zone à traiter.
4. Assurez-vous que le "ENERGY" est au niveau minimum. Vous pouvez régler le niveau de sortie en appuyant sur le bouton "ENERGY + / -".
5. Assurez-vous que le niveau "FREQUENCY" est réglé à 0,1 Hz. Vous pouvez régler le niveau de fréquence en appuyant sur "STATE".
6. Sélectionnez l'état d'onde désiré en appuyant sur «SELECT». Il y a 4 types d'ondes.
7. Sélectionnez le temps de fonctionnement en appuyant sur "TIMER + / -".
8. Appuyez sur "START / PAUSE" pour commencer le traitement.

MAINTENANCE

<u>Gant magique et BIO-lift facial</u>

- Après chaque traitement, les gants magiques et les poignées de BIO-lifting doivent être nettoyés, stérilisés et correctement rangés dans un endroit sec.